



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

12777

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

8 февраля 2024 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 07-19 от 30.07.2019)
утвержден тип средств измерений

"Счетчики газа турбинные СТГ",

изготовитель - **ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл.,
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под номером **РБ 03 07 2903 19** и допущен к применению в Республике
Беларусь с 30 июля 2019 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич

30 июля 2019 г.

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

30.07.2019 №07-2019

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

6.20 СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Счетчики газа турбинные СТГ", изготовитель – ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл., Российская Федерация, согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа СИ).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 07 2903 14.

РЕШИЛИ:

6.20.1 Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа "Счетчики газа турбинные СТГ" на основании положительных результатов государственных испытаний на соответствие утвержденному типу, проведенных ВНИИР, Российская Федерация.

6.20.2 Утвердить тип **"Счетчики газа турбинные СТГ"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

6.20.3 Аннулировать сертификат № 9296 об утверждении типа "Счетчики газа турбинные СТГ", выданный ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл., Российская Федерация.

6.20.4 Выдать **ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл., Российская Федерация**, новый сертификат об утверждении типа с указанием номера Реестра (РБ 03 07 2903 19) сроком действия до 08.02.2024.

6.20.5 Метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

6.20.6 Поверку счетчиков, изготовленных до 01.12.2013, проводить по СЯМИ.407221-448 МП, утвержденной в 2008 г.; поверку счетчиков, изготовленных после 01.12.2013, проводить по СЯМИ.407221-448 МП, утвержденной в 2013 г.

6.20.7 Согласно решению НТК № 08-2009 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства проводимой Саратовским ЦСМС (номер реестра - №012, шифр поверительного клейма - ВУ).

Примечание – уточнить в базе данных Госреестра информацию об аккредитации поверочной лаборатории ("номер реестра –№012" заменить на "аттестат аккредитации – №RA.RU.311232").

6.20.8 Согласно решению НТК № 13-2015 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства проводимой ООО ЭПО «Сигнал» (аттестат аккредитации - №РОСС СОБ 3.00142.2013, шифр поверительного клейма - АНС).

6.20.9 Межповерочный интервал – не более 72 месяцев; межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 24 месяцев.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО

Е.В. Нестерович

30.07.2019

